

Акционерное Общество «Магаданэлектросеть»

24 марта 2021г.

г. Магадан

Разъяснения к извещению по запросу котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку эталонных приборов СЕ 602М-120СК (или эквивалент) (ЗК № 10 от 18.03.2021г).

Дата поступления запроса о разъяснении	Вопрос	Ответ
23.03.2021г 21:08	<p>Добрый день! Просим согласовать предлагаемый нами к поставке Прибор энергетика многофункциональный портативный - ЭНЕРГОМЕРА СЕ602-1200К:</p> <p>Технические характеристики прибора прилагаются.</p>	<p>Прибор энергетика многофункциональный портативный - ЭНЕРГОМЕРА СЕ602-1200К не соответствует заявленным характеристикам по следующим показателям:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Диапазон измерения по току2. Основная относительная погрешность3. Основная погрешность измерения4. Основная абсолютная погрешность измерения углов сдвига фазы5. Основная абсолютная погрешность измерения6. Потребляемая мощность,7. Диапазон рабочих температур <p>Прибор должен иметь возможность сохранения результатов определения погрешностей счетчиков и параметров контролируемой сети в энергонезависимой памяти, с последующей передачей их внешним устройствам. Обмен информацией с внешними устройствами осуществляется по Bluetooth соединению.</p>

Председатель
постоянно действующей закупочной комиссии



В.Д. Дробот